



347 Snugger Lumbosacral Support - Instructions for Use

INDICATIONS: Lumbar sprains and strains; ideal for person that might be hemi involved (have use of one arm)

Take a snug hip measurement and choose the appropriate size from the sizing chart below.

1. Unroll the garment and release the hook and pile closures

2. Center the garment on the back, ensuring the bottom edge is located at the distal margin of the sacrum.



3. Insert the 3 straps into their respective loops and tighten. Flatten the center panel to eliminate wrinkles.




4. Teach the patient on how to remove it and reapply.



5. The garment includes two flat steel stays which must be contoured to the patient's anatomy. Once shaped, insert them into the garment casings. Two additional steel stays can be added into the two outer casings (total of four; model number 02031-09) when prescribed by the physician.

6. Reapply on patient and make adjustments as needed. Teach the patient on how to remove and reapply it.



Sizing guide and selection:

Measure HIP circumference

Model No.	Size	HIP circumference
00347-02	S	86-91 cm / 34-36 in
00347-03	M	97-102 cm / 38-40 in
00347-04	L	107-112 cm / 42-44 in
00347-06	XL	117-122 cm / 46-48 in
00347-07	XXL	127-132 cm / 50-52 in

Care instructions: Remove the stays. Close all hook and look closures on themselves before washing. Hand wash or machine wash on delicate cycle with mild detergent in warm water. Lay flat to dry. Do not dry clean, bleach or iron; do not use fabric softener.

Caution: If a rash or redness occurs, please discontinue use and consult your practitioner. For single use only.

Warranty: 90 days. For warranty claim, contact the practitioner from whom you made the purchase.

NOTE: Spinal braces should be worn over a close fitted cotton shirt or undershirt.



QUESTIONS

Contact Customer Service at:

USA

Tel: +1 800 492 1088

Fax: +1 800 245 3765

Email: info-usa@trulife.com

Canada

Tel: +1 800 267 2812

Fax: +1 613 392 4139

Email: infocanada@trulife.com

Trulife has appointed Medical Device Safety Service (MDSS) of Hannover, Germany to act as our EU authorized representative. They may be contacted at:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover

Germany

Phone (+49)-511-6262 8630

FAX (+49) -511-6262 8633

LIMITED WARRANTY

Trulife warrants that this product will be free from defects in material and workmanship from the date of installation.

This warranty will not apply if the product has been damaged by misuse, abuse, neglect, improper care, failure to follow instructions, abnormal wear and tear, or in the event that this product has been modified/repaired by persons unauthorized by Trulife.

If a defect in material or workmanship is found during the warranty period, Trulife will, at Trulife's option, either repair or replace the product. If it is not possible to repair or replace the product, Trulife will be limited to refunding the purchase price.

Trulife will not be liable under any legal theory for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising from the use of or inability to use this product.

The application guidelines for this Trulife product are for the use of and by certified, qualified practitioner only. Patients are not to attempt to apply or adjust the item unless expressly instructed to do so by the practitioner responsible for the prescription and/or initial fitting of the device. All patient questions should be referred to the practitioner and not to the manufacturer. The manufacturer warrants only that the enclosed product has been inspected for quality and can be effective for certain indications, but final decisions and ongoing monitoring must be made by the medical professional(s) prescribing and/or fitting the device to determine its effectiveness for an individual patient. Patient compliance is an integral part of the entire protocol and must be adhered to in order to avoid potential problems and to maximize the effectiveness of the prescribed product.

As a condition of the sale of any Trulife product, this product is restricted to a "Single Patient Use Only" by the originally fitted patient in order to protect the care provider and the patient against potentially adverse consequences of infectious disease transmission, material instability in adapting to the configuration of the original user and/or decrease in effectivity. Any express or implied warranties are voided if the product is reused or fitted to another patient. Additionally, a license of right to use under any relevant patents pertaining to the product is terminated with the cessation of use by the original patient. As with all Trulife products, this product must be prescribed and applied by a qualified practitioner to determine it meets the needs of the particular patient and accomplishes the desired results.



Trulife Canada, 39 East Davis Street, Trenton ON K8V 4K8 / PH: 613.392.6528



Trulife, Airton Road, Tallaght, Dublin 24 R859 / PH: 011 353 1 4511755



347 Orthèse Lombo-sacré Snugger Fast-Wrap - Consignes d'utilisation


INDICATIONS: Lombalgie (douleur au dos); idéal pour les patients âgés ou pour raisons postnatals

Prenez une mesure serrée aux hanches et choisissez la taille appropriée selon le guide de taille ci-dessous.

1. Déroulez l'orthèse et détachez les fermetures auto-agrippantes.

2. Centrez l'orthèse au dos et assurez-vous que son bord inférieur soit placé au niveau du coccyx.


3. Tirez sur les trois courroies élastiques latérales et attachez-les à l'avant. Éliminez les plis du panneau central pour qu'il soit bien à plat contre l'abdomen.



4. Montrez au patient la méthode pour enlever et remettre l'orthèse.



5. Ce modèle est fourni avec une paire de baleines en acier inoxydable qui doivent être façonnées à l'anatomie du patient avant de les insérer dans leurs étuis. Vous pouvez ajouter une deuxième paire de baleines (modèle 02031-09) si prescrit par le médecin.



6. Remettez l'orthèse sur le patient. Ajustez au besoin. Montrez au patient la méthode pour l'enlever et la remettre.

Guide de taille et sélection :

Mesurez la circonférence des hanches

N° modèle	Taille	Circonférence des hanches
00347-02	P	86-91 cm / 34-36 in
00347-03	M	97-102 cm / 38-40 in
00347-04	G	107-112 cm / 42-44 in
00347-05	TG	117-122 cm / 46-48 in
00347-06	TTG	127-132 cm / 50-52 in

Entretien: Enlevez les baleines. Attachez toutes les fermetures auto-agrippantes sur elles-mêmes avant le lessivage. Lavez à la main ou à la machine sur cycle délicat avec un détergent doux et à l'eau tiède. Séchez à plat. N'utilisez aucun agent de blanchissement ou d'assouplissant textile; ne pas repasser ou nettoyer au sec.

Attention: Si vous développez une éruption cutanée ou de la rougeur, cessez de l'utiliser immédiatement et consultez le professionnel certifié ou votre médecin. Pour usage par un seul patient.

Garantie: 90 jours. Pour réclamation, contactez le praticien où vous avez acheté le produit.

NOTE: Les supports dorsaux doivent être portés par-dessus un tee-shirt en coton bien ajusté.



QUESTIONS

Contactez notre service à la clientèle au :

États-Unis

Tél: +1 800 492 1088

Télé.: +1 800 245 3765

Courriel: info-usa@trulife.com

Canada

Tél.: +1 800 267 2812

Télé.: +1 613 392 4139

Courriel: infocanada@trulife.com

Visitez notre site Web www.trulife.com.

Trulife a nommé Medical Device Safety Service (MDSS) de Hannover, Allemagne comme notre représentant autorisé. Vous pouvez les contacter à :

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover

Allemagne

Téléphone (+49)-511-6262 8630

Télécopieur (+49) -511-6262 8633

GARANTIE LIMITÉE

Trulife garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'ajustement.

Cette garantie est nulle si le produit a été endommagé par un usage abusif, un mésusage, un entretien inapproprié, un manque d'observation des instructions, une usure anormale, ou si le produit a été modifié ou réparé par une personne non autorisée par Trulife.

Si une défectuosité de matériaux ou de fabrication est constatée pendant la période de garantie, Trulife, à sa discrétion, effectuera une réparation ou un remplacement du produit. S'il est impossible de le réparer ou remplacer, la responsabilité de Trulife se limite au remboursement du prix d'achat.

Trulife ne pourra en aucun cas être tenu responsable, quelle que soit la théorie juridique, de tout dommage direct, indirect, particulier, imprévu ou punitif pouvant résulter de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit.

Les directives d'ajustement de ce produit Trulife sont réservées pour un usage par un professionnel certifié seulement. Les patients ne doivent pas tenter d'ajuster ce produit à défaut d'instructions différentes expressément formulées par le professionnel certifié chargé de remplir la prescription et de l'ajustement de l'appareil. Toutes questions posées par le patient doivent être acheminées au professionnel certifié, et non chez le fabricant. Le fabricant garantit que la qualité du produit est contrôlée et que le produit peut s'avérer efficace pour certaines indications médicales, mais la responsabilité de la décision finale et du suivi continu pour déterminer son efficacité chez chaque individu demeure avec le professionnel certifié qui prescrit ou distribue le produit. L'adhésion au traitement fait partie intégrante du protocole complet et doit être suivie pour éviter tout problème potentiel et pour maximiser l'efficacité du produit prescrit.

Comme conditions de vente de tout produit Trulife, ce produit est destiné à un usage unique par le patient initialement desservi afin de protéger le fournisseur et le patient contre des circonstances potentiellement néfastes pouvant être causées par une transmission de maladies infectieuses, par une instabilité des matériaux à s'adapter à la configuration du premier patient ou par une efficacité réduite. La garantie explicite ou implicite sera nulle si le produit est réutilisé ou ajusté sur un nouveau patient. En plus, une licence de droit d'utilisation selon tout brevet pertinent relatif à ce produit est résiliée dès la date de cessation d'utilisation par le patient initial. Comme c'est le cas avec tous les produits Trulife, ce produit doit être prescrit et ajusté par un professionnel certifié qui s'assurera de remplir les exigences spécifiques du patient et d'obtenir les résultats désirés.



Trulife Canada, 39 East Davis Street, Trenton ON K8V 4K8 / TÉL. : 613.392.6528



Trulife, Airton Road, Tallaght, Dublin 24 R859 / TÉL.: 011 353 1 4511755